

Projet IAMEST

Liste des équipements requis

Poste de travail (sera installé à l'urgence)

1. Système d'exploitation :
 - a. Windows xp sp2 ou plus;
 - b. Compte en auto login (session toujours ouverte) avec les droits nécessaires pour se connecter aux deux répertoires partagés du serveur.
2. Pré requis matériel :
 - a. RAM minimum = 1 Go;
 - b. Espace disque minimum = 20 Go;
 - c. Aucune norme minimale pour le processeur.
3. Liste de logiciels qui seront installés par le TCR :
 - a. Logiciel à Adobe Reader 9.0 – 170 mb (installé par le TCR);
 - b. Logiciel Bell ECG – 7.19 mb (installé par le TCR).
4. Périphérique fourni par l'établissement :
 - a. Imprimante couleur de qualité diagnostique;
 - b. Carte de son et haut-parleur;
 - c. Écran 17 ou 19 pouces.

Serveur (sera installé dans la salle des serveurs de l'hôpital)

1. Système d'exploitation :
 - a. Microsoft Windows 2003 Standard Edition Service Pack 2 ou plus
ou
Microsoft Windows 2003 Enterprise Edition Service Pack 2 ou plus
2. Pré requis matériel :
 - b. RAM minimum = 2 Go;
 - c. Espace disque minimum = 20 Go;
 - d. Aucune norme minimale pour le processeur.
3. Liste de logiciels qui seront installés par le TCR :
 - a. .NET Framework 2.0 with Service Pack 1;
 - b. Adobe Reader 9.0 –170 mb;
 - c. Logiciel Zoll Data Relay – 50 mb;
 - d. SQL Server Express (1 GB RAM requis) – 4 GB (installé par le TCR).