

Rapport Défibrillateur ZOLL® E Series® 12 dérivations

NOM DU PATIENT :

93
0 ms
0 ms
84 ms
416/517 ms
0 -41 100

Rythme indéterminé
Déviation de l'axe à gauche
Hypertrophie ventriculaire gauche avec anomalie de repolarisation
Surélévation ST, envisager repolarisation précoce, péricardite ou lésion
QT allongé
ECG anormal
*** Non confirmé ***

**Message informatique demandant la télémétrie.
Comme le MDSA a mal analysé l'ECG (artéfacts grossiers), il a donné un message informatique erroné.
Cet ECG n'aurait pas dû être télémétrisé. Il aurait dû être refait et, le cas échéant, télémétrisé.**

00:06:50 03 NOV 11



25 mm/s 10 mm/mV 0.05-150 Hz

Grid size is 0.2 s x 0.5 mV